

Znak sprawy: **OSO.272.2.8.2016**

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

### **na zadanie:**

**Zakup i dostawa trzech spirometrów na potrzeby realizacji projektu „Promocja i profilaktyka chorób układu oddechowego dla mieszkańców Powiatu Nidzickiego”** finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa w ramach Programu PL13 *Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.*

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. W związku z powyższym zamieszcza się treść pytań oraz udzielone odpowiedzi.

### **Pytanie 1:**

Czy zamawiający dopuści spirometr z możliwością wykonania badania FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25, FEF75, FEF50, FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/ FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Wiek płuc?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1:**

Zamawiający wymaga, aby za pomocą oferowanego sprzętu można było wykonywać minimum badania wymienione w zapytaniu ofertowym.

### **Pytanie 2:**

Czy zamawiający dopuści spirometr z animacją ułatwiającą pacjentowi prawidłowe wykonanie badania, jednak bez dźwiękowej sygnalizacji?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2:**

Zamawiający wymaga, aby oferowany spirometr spełniał parametry określone w zapytaniu ofertowym i posiadał sygnał dźwiękowy ułatwiający pacjentowi prawidłowe wykonanie badania.

**Pytanie 3:**

Czy zamawiający dopuści spirometr z pamięcią wewnętrzną 999 badań i możliwością nieograniczonej archiwizacji komputerowej?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający wymaga, aby oferowany spirometr spełniał parametry określone w zapytaniu ofertowym i posiadał pamięć wewnętrzną min. 5000 testów.

**Pytanie 4:**

Czy zamawiający wymaga aby spirometr współpracował ze zintegrowaną platformą medyczną, umożliwiającą zbieranie danych z aparatów EKG, holterów EKG, holterów ciśnieniowych ABPM, prób wysiłkowych oraz wykonanie komputerowej spirometrii.

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

Zamawiający nie wymaga, aby spirometr współpracował ze zintegrowaną platformą medyczną, umożliwiającą zbieranie danych z aparatów EKG, holterów EKG, holterów ciśnieniowych ABPM, prób wysiłkowych oraz wykonanie komputerowej spirometrii.

STAROSTA

  
Grzegorz Napiwodzki